

## ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

เรื่อง คุณสมบัติของหีบห่อชั้นนอกสำหรับการขนส่งเชื้อโรค กลุ่มที่ ๒ และตัวอย่าง

พ.ศ. ๒๕๖๒

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๖ แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การขนส่ง การส่งมอบ การทำลาย และการทำให้สิ้นสภาพเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๑ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กำหนดคุณสมบัติของหีบห่อชั้นนอกสำหรับการขนส่งเชื้อโรค กลุ่มที่ ๒ และตัวอย่าง ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ หีบห่อชั้นนอกสำหรับการขนส่งเชื้อโรค กลุ่มที่ ๒ และตัวอย่าง ให้มีขนาดความกว้าง ความยาว และความสูงไม่น้อยกว่า ๑๐ เซนติเมตร และให้มีคุณสมบัติหรือเทียบเท่าคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

- (๑) มีความต้านการตกกระแทกจากที่สูง (Drop Test)
- (๒) มีความต้านแรงที่มทะลุ (Puncture Resistance)
- (๓) มีความต้านการเรียงซ้อน (Stacking Test)

หีบห่อตามวรรคหนึ่ง ให้แสดงเครื่องหมายกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และเอกสาร หรือเครื่องหมายรับรองการผ่านการทดสอบโดยหน่วยงานที่มีความสามารถทดสอบคุณสมบัติตามข้อเสนอแนะ สหประชาชาติว่าด้วยการทดสอบคุณสมบัติของหีบห่อบรรจุวัตถุอันตรายประเภท ๖.๒

ข้อ ๒ หีบห่อตามข้อ ๑ ด้านนอกให้แสดงรายละเอียดอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

- (๑) ชื่อ ที่อยู่ เลขหมายโทรศัพท์ของผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งหรือผู้รับใบอนุญาต
- (๒) ชื่อ ที่อยู่ เลขหมายโทรศัพท์ของผู้รับ
- (๓) สัญลักษณ์อันตรายทางชีวภาพ
- (๔) สัญลักษณ์แสดงทิศทางการตั้งวางหีบห่อ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

โอภาส การย์กวินพงศ์

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์